



Denis Tremblay
Directeur – Relations-clients
17300, autoroute Transcanadienne
Kirkland (Québec) H9J 2M5

Produits pharmaceutiques

Le 28 août 2021

Objet : En vigueur immédiatement — Dates de péremption reportées de 3 mois pour les fioles de Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech actuellement au Canada et élargissement des conditions approuvées de conservation à ultra-basse température



À l'attention des centres de vaccination,

Le 27 août 2021, Santé Canada a autorisé la mise à jour de la monographie de Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech afin d'y inclure le **report de 3 mois des dates de péremption** de toutes les boîtes et fioles de Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech dont les étiquettes indiquent des dates de péremption en août 2021 ou plus tard.

Les boîtes et fioles de Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech dont la date de péremption indiquée sur l'étiquette se situe entre août 2021 et février 2022 peuvent être utilisées pendant les 3 mois suivant la date indiquée, pourvu que toutes les conditions de conservation approuvées aient été respectées. Les dates de péremption mises à jour figurent ci-dessous.

Date de péremption indiquée		Date de péremption mise à jour
Août 2021	→	Novembre 2021
Septembre 2021	→	Décembre 2021
Octobre 2021	→	Janvier 2022
Novembre 2021	→	Février 2022
Décembre 2021	→	Mars 2022
Janvier 2022	→	Avril 2022
Février 2022	→	Mai 2022

Par ailleurs, cette mise à jour de la monographie élargit **les conditions approuvées de conservation à ultra-basse température se situant entre -90 et -60 °C (-130 et -76 °F)**, comparativement à la température précédemment approuvée (entre -80 et -60 °C [-112 et -76 °F]). Il faut maintenant considérer toute mention des conditions de conservation à une température entre -80 et -60 °C (-112 et -76 °F) sur les boîtes et le matériel imprimé actuellement au Canada comme indiquant une température **entre -90 et -60 °C (-130 et -76 °F)**.

Toutes les autres conditions de conservation approuvées demeurent inchangées.

Pfizer Canada mettra à jour ses sites Web et ses documents de formation afin qu'ils tiennent compte de cette nouvelle condition de conservation approuvée.

Pour toute demande d'ordre médical ou général liée à ce produit, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle, au 1-833-VAX-COVI (1-833-829-2684) ou à CanadaCSVaccine@pfizer.com.

Cordialement,

Denis Tremblay
Directeur – Relations-clients
PFIZER CANADA